

SISTEMAS ATEQ ESPAÑA, S.A.

Dirección/Address: Pol. Ind. Malpica, Grupo Quejido, Nave 101; 50016 Zaragoza

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Acreditación/Accreditation nº: **244/LC.10203**

Actividad/Activity: **Calibraciones/Calibrations**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 01/06/2018

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 4 fecha/date 17/02/2023)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/ Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código/ Code
Pol. Ind. Malpica, Grupo Quejido, Nave 101; 50016 Zaragoza	A
Calibraciones in situ	I

Calibraciones en la siguiente área/Calibrations in the following area:

Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
PRESION RELATIVA NEUMATICA <i>Pneumatic Pressure: gauge</i>				
-95 kPa ≤ P < 0 kPa	0,17 kPa	P-LAB01 ed E	Manómetros	A
0 kPa ≤ P ≤ 1 kPa	0,95 Pa			
1 kPa < P ≤ 7 kPa	6 Pa			
7 kPa < P < 100 kPa	0,17 kPa			
100 kPa ≤ P ≤ 3,5 MPa	0,58 kPa			
-95 kPa ≤ P ≤ -5 kPa	0,43 kPa	P-LAB01 ed E	Manómetros	I
- 5 kPa < P < -1 kPa	8 Pa			
-1 kPa ≤ P ≤ 1 kPa	0,95 Pa			
1 kPa < P ≤ 5 kPa	8 Pa			
5 kPa < P < 100 kPa	0,43 kPa			
100 kPa ≤ P ≤ 3,5 MPa	1,2 kPa			

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es
 Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 0NY3Fpg0kmi0fr06F2

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*) *The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*