

## SISTEMAS ATEQ ESPAÑA, S.A. (Unipersonal)

Dirección/Address: Pol. Ind. Malpica, Grupo Quejido, Nave 101; 50016 Zaragoza

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Acreditación/Accreditation nº: **244/LC.10203**

Actividad/Activity: **Calibraciones/Calibrations**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 01/06/2018

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

#### SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 5 fecha/date 21/02/2025)

**Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/ Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:**

	Código/ Code
Pol. Ind. Malpica, Grupo Quejido, Nave 101; 50016 Zaragoza	A
Calibraciones in situ	I

**Calibraciones en la siguiente área/Calibrations in the following area:**

#### Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
<b>PRESION RELATIVA NEUMATICA</b> <i>Pneumatic Pressure: gauge</i>				
-95 kPa ≤ P < 0 kPa	0,17 kPa	P-LAB01 ed E	Manómetros	A
0 kPa ≤ P ≤ 1 kPa	0,95 Pa			
1 kPa < P ≤ 7 kPa	6 Pa			
7 kPa < P < 100 kPa	0,17 kPa			
100 kPa ≤ P ≤ 3,5 MPa	0,58 kPa			
-95 kPa ≤ P ≤ -5 kPa	0,43 kPa	P-LAB01 ed E	Manómetros	I
-5 kPa < P < -1 kPa	8 Pa			
-1 kPa ≤ P ≤ 1 kPa	0,95 Pa			
1 kPa < P ≤ 5 kPa	8 Pa			
5 kPa < P < 100 kPa	0,43 kPa			
100 kPa ≤ P ≤ 3,5 MPa	1,2 kPa			

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information [www.enac.es](http://www.enac.es)  
 Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF ([www.enac.es](http://www.enac.es))

**Código Validación Electrónica:** d753x10INqu78J1OUC

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

(\*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(\*) *The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*